



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13
tel. 0 23 672 28 89

Ciechanów, dnia 2014-10-23

SOSW.2410.3.2014

**ODPOWIEDŹ Nr 1
NA ZADANE PRZEZ WYKONAWCĘ PYTANIA
DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie”

Zamawiający – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ciechanowie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania przez Wykonawcę wniesione faksem w dniu 10.10.2014 r. dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

„Pytanie 1 – dot. pozycji 10 Załącznika Nr 1 do SIWZ – Wanna do masażu wodnego kończyn górnych
Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniając wymogi SIWZ o pojemności 20 litrów oraz wymiarach:

- długość: 77 cm
- szerokość: 79 cm
- wysokość: 93 cm

Możliwość wyboru koloru z palety minimum 9 kolorów.”

Odpowiedź:

TAK.

„Pytanie 2 – dot. Pozycji 11 Załącznika Nr 1 do SIWZ – Wanna do masażu wodnego kończyn dolnych
Czy Zamawiający dopuści urządzenie spełniając wymogi SIWZ o dwóch poziomach napełniania 8l i 21 litrów, oraz o wymiarach:

- długość: 144 cm
- szerokość: 72 cm
- wysokość 38 cm

Możliwość wyboru koloru z palety minimum 9 kolorów.”

Odpowiedź

TAK.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Pytanie 3 – dot. Pozycji 12 Załącznika Nr 1 do SIWZ – Wanna z hydromasażem i masażem ciśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści wannę o poniższych parametrach:

Wanna do masażu podwodnego za pomocą węża zabiegowego

Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Całość jest wsparta na aluminiowej konstrukcji.

Wanna wyposażona jest w:

- wąż do masażu podwodnego
- system kąpeli perełkowej (14 x 5 dysz)
- podwodny masaż automatyczny: minimum 8 dysz bocznych (4 dysze na stronę) dysz na kręgosłup (6 dysz)
- automatyczny spust wody z wanny sterowany elektronicznie,
- bezwylewkowy system napełniania,
- poręcz boczne,
- prysznic ręczny,
- stopień ułatwiający wejście do wanny,
- manometr wskazujący ciśnienie w wężu.

Dotykowy elektroniczny obracany panel sterowania który pozwala na:

- automatyczne napełnianie,
- ustawienie czasu zabiegu,
- włączenie/wyłączenie urządzenia,
- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu,
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- automatyczny spust wody.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem, zmiana kolejności, zanikiem fazy

Pompa wielokomorowa 400V, 50 Hz, 2,2 kW

Dwa poziomy napełniania – zapewniające ekonomiczne zużycie wody:

I poziom 120 litrów

II poziom 240 litrów

Wymiary

- długość 2200 mm

- szerokość 950 mm

Wysokość 980 mm

Możliwość wyboru koloru wanny z palety minimum 9 kolorów.”

Odpowiedź

TAK..

DYREKTOR SOSW
w Ciechanowie
B. Kęg
mgr Barbara Kikonińska